

卫生洁具软管爆破试验机  
Sanitary ware hose burst tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的卫生洁具软管爆破试验机主要用于卫生洁具软管的耐压爆破试验检测。满足试验标准 S/NZS 3499:2006 和 ASME A112.18.6-2017/CSA B125.6-17。控制系统通过程序自动控制，实现压力控制。

二、卫生洁具软管爆破试验机特点

测试仪设计简单，外观美观，实现各部件的系统集成，自动采集数据，记录数据，并通过 USB 导出打印相关测试内容。

主要部件和高压管为不锈钢，试验介质为清水或高温液压油。

以 office 文档的形式导出存储数据。试验完成后，会有打印试验报表和试验压力。

可自由编辑曲线功能和测试报告。

三、卫生洁具软管爆破试验机参数

(1) 压力：压力 0~6MPa 可调，准确度 $\pm 0.01$ MPa，精度 $\pm 1\%$ ，升压速率 0.1MPa/s，保压时间可调，可连续保压 500h 以上，升压速率 0.1MPa/s

(2) 温度：水介质，常温~95℃可调，温度精度： $\pm 0.5$ ℃，温度准确度： $\pm 1$ ℃

(3) 试验前应能对样品排气冲水

(4) 连续测试时间:时长 0~9999 小时可调，计时精度：1s

(5) 应至少有三个独立平行并联连接口

参考网址：<http://www.simingte.com/wsjjrgbpsyj.htm>